



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

11923

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

26 декабря 2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 08-18 от 30.08.2018) утвержден тип средств измерений

**"Термометры для измерения температуры спирта ТП-22",**

изготовитель - **ОАО "ТЕРМОПРИБОР"**, г. Клин Московской обл.,  
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 10 2540 18** и допущен к применению в Республике Беларусь с 30 августа 2018 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета



 В.В.Назаренко

30 августа 2018 г.

Государственный комитет по  
стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

30.08.2018 №08-2018

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

4. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

### 4.16. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Термометры для измерения температуры спирта ТП-22", изготовитель – ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 10 2540 13.

### РЕШИЛИ:

4.16.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Термометры для измерения температуры спирта ТП-22"** на основании результатов обязательной метрологической экспертизы технической и эксплуатационной документации, проведенной ФБУ "ЦСМ Московской области", Российская Федерация.

4.16.2. Аннулировать сертификат № 8746 об утверждении типа "Термометры для измерения температуры спирта ТП-22", выданный ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация.

4.16.3. Выдать ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация, новый сертификат об утверждении типа с указанием номера Реестра (РБ 03 10 2540 18) сроком действия до 26.12.2022.

4.16.4. Термометры метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

4.16.5. Поверку для Республики Беларусь проводить по ГОСТ 8.279-78 "ГСИ. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки".

4.16.6. Согласно решению НТК № 04-2007 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ОАО "Термоприбор" (аттестат аккредитации – №0068, шифр поверительного клейма – АВФ).

4.16.7. Межповерочный интервал – не более 36 месяцев.

Председатель  
Секретарь  
ВЕРНО  
Н.Д. Ляхова

30.08.2018

Д.П. Баргашевич  
Н.Д. Ляхова