



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

11924

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

30 января 2023 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 08-18 от 30.08.2018) утвержден тип средств измерений

"Термометры стеклянные ТС-4, ТС-4М",

изготовитель - **ОАО "ТЕРМОПРИБОР"**, г. Клин Московской обл.,
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 10 2422 18** и допущен к применению в Республике Беларусь с 30 августа 2018 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета



 В.В.Назаренко

30 августа 2018 г.

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

30.08.2018 №08-2018

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

4. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

4.17. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Термометры стеклянные ТС-4, ТС-4М", изготовитель – ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 10 2422 13.

РЕШИЛИ:

4.17.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Термометры стеклянные ТС-4, ТС-4М"** на основании результатов обязательной метрологической экспертизы технической и эксплуатационной документации, проведенной ФБУ "ЦСМ Московской области", Российская Федерация.

4.17.2. Аннулировать сертификат № 8745 об утверждении типа "Термометры для измерения температуры спирта ТП-22", выданный ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация.

4.17.3. Выдать ОАО "ТЕРМОПРИБОР", г. Клин Московской обл., Российская Федерация, новый сертификат об утверждении типа с указанием номера Реестра (РБ 03 10 2422 18) сроком действия до 30.01.2023.

4.17.4. Термометры метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

4.17.5. Поверку для Республики Беларусь проводить по ГОСТ 8.279-78 "ГСИ. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки".

4.17.6. Согласно решению НТК № 04-2007 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ОАО "Термоприбор" (аттестат аккредитации – №0068, шифр поверительного клейма – АВФ).

4.17.7. Межповерочный интервал – не более 24 месяцев.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

30.08.2018



Н.Д. Ляхова

Д.П. Барташевич

Н.Д. Ляхова